



ALCIS SARL

ACCESSOIRES DE POSE ET DE RACCORDEMENT

Gamme : 2023



Fiche Technique

EPILEPSIE

EDITION 2023-APR-FT7

Page 1 / 4

• Tournevis 2023-TO



Référence	Longueur L1 (mm)	Matière	Conditionnement
2023-TO-020	20	Acier Inoxydable (tige)	Unitaire non stérile
2023-TO-160	160	Delrin (poignée)	

- PERMET EXCLUSIVEMENT LA POSE DES VIS DE GUIDAGE ALCIS DE LA GAMME 2023-VG.
- Compatible avec un guide stéréotaxique de diamètre interne 2,5 mm (sauf longueur 20).
- Utilisable avec les butées Alcis 2023-BU-25-UU pour faciliter le contrôle de la profondeur de vissage.
- Livré non stérile.
- Matériel réutilisable prévu pour la stérilisation à l'autoclave jusqu'à 134°C.
- Marqué **CE**.

• Clé 2023-CL



Référence	Largeur utile (mm)	Matière	Conditionnement
2023-CL	1,9	Acier Inoxydable	Unitaire non stérile

- PERMET D'ENLEVER LES VIS DE GUIDAGE ALCIS DE LA GAMME 2023-VG.
- Coudée pour une meilleure utilisation.
- Livré non stérile.
- Matériel réutilisable prévu pour la stérilisation à l'autoclave jusqu'à 134°C.
- Marqué **CE**.

Fabrication / commande / livraison

ALCIS

Espace Valentin – Valparc
6 C rue de Franche Comté - 25048 Besançon - France
Tél. : 33 (0)3 81 61 69 93 - Fax : 33 (0)3 81 53 47 65
Email : contact@alcis.net

Technico-commercial

NEUROPACE - Mr GIORDANA

10 bis rue Berteaux Dumas - 92200 Neuilly - France
Tél. / Fax : 33 (0)1 46 24 33 21
Email : neuropace@free.fr



ALCIS SARL

ACCESSOIRES DE POSE ET DE RACCORDEMENT

Fiche Technique


EPILEPSIE

Gamme : 2023

EDITION 2023-APR-FT7

Page 2 / 4

• Foret 2023-FO



Forme distale : conique ou droite

Référence	Longueur totale (mm)	Longueur de coupe (mm)	Forme distale	Matière	Conditionnement
2023-FO-140	140	14	Droite	Acier Inoxydable	Unitaire non stérile
2023-FO-140-C1	140	14	Conique		
2023-FO-III-C1 *	Autres longueurs totales III réalisables (rapidement) sur demande dans la limite des 250 mm				

* pour déterminer la référence remplacer III par le nombre de millimètres désiré.

- PERMET DE REALISER UN TROU OSSEUX DE Ø 2,1 mm.
- Compatible avec un guide stéréotaxique de diamètre interne 2,5 mm.
- Utilisable avec les butées ALCIS 2023-BU-25-UU pour faciliter le contrôle de la profondeur de perçage.
- Livré non stérile.
- Matériel réutilisable prévu pour la stérilisation à l'autoclave jusqu'à 134°C.
- Marqué **CE 0459**.

• Butée à usage unique Ø 2,5 mm 2023-BU-25-UU

Référence	Longueur maxi (mm)	Conditionnement
2023-BU-25-UU	45	Boîte de 10 unités stériles conditionnées unitairement.



- ADAPTABLE SUR TOUS LES INSTRUMENTS DE DIAMETRE EXTERNE COMPRIS ENTRE 2,3 ET 2,5 mm (foret, tournevis, électrode de coagulation).
- PERMET DE CONTROLER LA PROFONDEUR D'INSERTION DE CES INSTRUMENTS.
- Munie d'un repère (trou) pour indiquer le sens de montage : placer le trou du côté du manche ou de la poignée de l'instrument.
- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
- A usage unique.
- Marqué **CE 0459**.

Fabrication / commande / livraison


ALCIS

Espace Valentin – Valparc
6 C rue de Franche Comté - 25048 Besançon - France
Tél. : 33 (0)3 81 61 69 93 - Fax : 33 (0)3 81 53 47 65
Email : contact@alcis.net


Technico-commercial

NEUROPACE - Mr GIORDANA

10 bis rue Berteaux Dumas - 92200 Neuilly - France
Tél. / Fax : 33 (0)1 46 24 33 21
Email : neuropace@free.fr

 ALCIS SARL	ACCESSOIRES DE POSE ET DE RACCORDEMENT	Fiche Technique
		EPILEPSIE
	Gamme : 2023	EDITION 2023-APR-FT7 Page 3 / 4

• Stylet à usage unique avec butée 2023-ST-AB



Référence	Longueur utile mini (mm)	Diamètre (mm)	Matière	Conditionnement
2023-ST-AB	120	0,8	Acier Inoxydable (stylet)	Boîte de 10 unités stériles conditionnées unitairement.

- PERMET DE REALISER UN AVANT TROU POUR FACILITER LE PASSAGE D'ELECTRODES PROFONDES DE DIAMETRE EXTERNE 0,8 mm.
- Extrémité émoussée.
- Muni d'une butée réglable.
- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
- A usage unique.
- Marqué **CE 0459**.

• Stylet à usage unique sans butée 2023-ST-SB



Référence	Longueur utile mini (mm)	Diamètre (mm)	Matière	Conditionnement
2023-ST-SB	170	0,8	Acier Inoxydable	Boîte de 10 unités stériles conditionnées unitairement.

- PERMET DE REALISER UN AVANT TROU POUR FACILITER LE PASSAGE D'ELECTRODES PROFONDES DE DIAMETRE EXTERNE 0,8 mm.
- Extrémité émoussée.
- Utilisable avec les butées Alcis 2023-BU-08-UU pour faciliter le contrôle de la profondeur de pénétration.
- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
- A usage unique.
- Marqué **CE 0459**.

Fabrication / commande / livraison

ALCIS
Espace Valentin – Valparc
6 C rue de Franche Comté - 25048 Besançon - France
Tél. : 33 (0)3 81 61 69 93 - Fax : 33 (0)3 81 53 47 65
Email : contact@alcis.net

Technico-commercial

NEUROPACE - Mr GIORDANA
10 bis rue Berteaux Dumas - 92200 Neuilly - France
Tél. / Fax : 33 (0)1 46 24 33 21
Email : neuropace@free.fr



ALCIS SARL

ACCESSOIRES DE POSE ET DE RACCORDEMENT

Fiche Technique

EPILEPSIE

Gamme : 2023

EDITION 2023-APR-FT7

Page 4 / 4

• Butée à usage unique Ø 0,8 mm 2023-BU-08-UU

Référence	Longueur maxi (mm)	Conditionnement
2023-BU-08-UU	50	Boîte de 10 unités stériles conditionnées unitairement.




- ADAPTABLE SUR TOUS LES INSTRUMENTS DE DIAMETRE EXTERNE 0,8 mm (stylet).
- PERMET DE CONTROLER LA PROFONDEUR D'INSERTION DE CES INSTRUMENTS.
- Munie d'un repère (trou) pour indiquer le sens de montage : placer le trou du côté du manche ou de la poignée de l'instrument.
- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
- A usage unique.
- Marqué **CE 0459**.

• Câble d'extension 2023-CE

Référence*	Nombre de contacts	Longueur (cm)	Caractéristiques contacts côté		Conditionnement
			Electrode	Enregistreur	
2023-CE-05-III	5	de 50 à 300 suivant demande..	Contacts femelles de Ø 0,62 mm, longueur 5 mm et distants de 2,54 mm	Fiches bananes femelles isolées de Ø 1,5 mm	Unitaire non stérile
2023-CE-10-III	10			Fiches bananes femelles isolées Ø 1,5 mm	
2023-CE-15-III	15				
2023-CE-18-III	18				
2023-CE-cc-III-FB5	cc		Fiches bananes femelles isolées Ø 1,5 mm Entre-axe têtère minimum 5 mm		

* pour déterminer la référence remplacer III par le nombre de centimètres désiré.

- PERMET DE RACCORDER LES ELECTRODES PROFONDES ALCIS DE LA GAMME 2023-EP A UN ENREGISTREUR.
- Un détrompeur intégré au boîtier permet de limiter les risques d'erreur de connexion et un repère (point rouge) permet le repérage rapide du sens de connexion.
- Livré non stérile.
- Matériel réutilisable.
- Marqué **CE**.



Fabrication / commande / livraison

ALCIS

Espace Valentin – Valparc
6 C rue de Franche Comté - 25048 Besançon - France
Tél. : 33 (0)3 81 61 69 93 - Fax : 33 (0)3 81 53 47 65
Email : contact@alcis.net

Technico-commercial

NEUROPACE - Mr GIORDANA

10 bis rue Berteaux Dumas - 92200 Neuilly - France
Tél. / Fax : 33 (0)1 46 24 33 21
Email : neuropace@free.fr