



ALCIS SARL

ELECTRODES PROFONDES

Fiche Technique

EPILEPSIE


Gamme : 2023-EP

EDITION 2023-EP-FT7

Page 1 / 1

Les électrodes profondes ALCIS sont des électrodes intracérébrales destinées au diagnostic pré-chirurgical de l'épilepsie. Elles sont dédiées à l'enregistrement stéréo-électro-encéphalographique (SEEG) et peuvent être utilisées pour la stimulation brève.

- Diamètre distal \leq à 0,8 mm.
- Contacts et fils en platine iridiée pour un meilleur recueil du signal.
- Adaptée au passage à l'IRM.
- Le joint d'étanchéité peut être translaté pour repérer la profondeur d'enfoncement : cela évite le marquage au feutre et permet un repérage plus précis.
Ce type de montage permet une étanchéité efficace sans serrage excessif et sans qu'il soit nécessaire de mettre de la cire sur les vis de guidage.
- Diamètre proximal de 1,2 mm conférant une meilleure résistance mécanique.
- Connecteur male protégé en distalité (suivant norme NF EN 60601-1)
- Connecteur male muni d'une étiquette d'identification.
- Longueur hors tout de l'ordre de 90 cm.
- Conditionnement unitaire stérile.
Avec étiquette de traçabilité pour faciliter le renseignement du dossier patient.
- A usage unique.
- Marqué CE 0459.



Références	Nb de contacts	Distance entre groupe de contacts Δ	Longueur utile d'exploration LUE	Longueur minimale d'implantation LMI *	Observations
2023-EP-5C-35	5	-	16 mm	36 mm	Disponible sur stock
2023-EP-10C-35	10	-	33,5 mm	53,5 mm	
2023-EP-15C-35	15	-	51 mm	71 mm	
2023-EP-18C-35	18	-	61,5 mm	81,5 mm	Sur demande
2023-EP-15C-35-3G-07	3 x 5	7 mm	62 mm	82 mm	
2023-EP-15C-35-3G-11	3 x 5	11 mm	70 mm	90 mm	

(*) LMI = distance entre l'extrémité distale de l'électrode et l'extrémité proximale de la vis de guidage
 LMI = LUE + Lim. partie rigide (10 à 15 mm) + Lg sécurité (5 mm)

Fabrication / commande / livraison

ALCIS

Espace Valentin – Valparc
 6 C rue de Franche Comté - 25048 Besançon - France
 Tél. : 33 (0)3 81 61 69 93 - Fax : 33 (0)3 81 53 47 65
 Email : contact@alcis.net

Technico-commercial

NEUROPACE - Mr GIORDANA

10 bis rue Berteaux Dumas - 92200 Neuilly - France
 Tél. / Fax : 33 (0)1 46 24 33 21
 Email : neuropace@free.fr